

Poznań, dnia 10 lipca 2019r.

RZ-262-36/2019

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) w przedmiocie:

Dostawa analizatora gazów CH₄/CO₂/H₂O – postępowanie powtórzone.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp w związku z pytaniami do postępowania złożonymi przez Wykonawcę na piśmie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Detektor gazowy ma mierzyć: CH₄, CO₂ i H₂O, z czego H₂O nie jest gazem. Proszę zatem o informację, czy przygotować ofertę na 2 gazy czy zamiast H₂O wprowadzony będzie trzeci gaz? Jeśli tak, proszę podać jaki.

Odpowiedź 1

H₂O jest tu rozumiane jako para wodna, czyli chodzi o zawartość H₂O w stanie gazowym w powietrzu atmosferycznym. Dotyczy to również pozostałych gazów: CO₂ i CH₄.

Pytanie 2

Czy urządzenie ma mierzyć gazy wyłącznie dyfuzyjnie czy ma być wyposażony w pompkę?

Odpowiedź:

Urządzenie powinno być wyposażone w pompkę wymuszającą przepływ przez celę pomiarową.

Pytanie 3.

Czy urządzenie ma być na baterie czy na akumulator?

Odpowiedź:

Akumulator

Powyższe odpowiedzi należy ująć w treści złożonej oferty. Wyjaśnienie otrzymują wszyscy Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał dokumentację na w/w

postępowanie oraz zostaje umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.up.poznan.pl.

M. Urbaniak

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr inż. Marek Urbaniak
