



Fundusze Europejskie  
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



**Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Wojska Polskiego 28**  
**60-637 Poznań**

Poznań, 30.03.2020 roku

*Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców*

RZ-262-20/2020

### **III Wyjaśnienia** **dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:  
**Dostawa wyposażenia laboratorium badawczego**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczy części 3

(Dot. pkt. 2j) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ofertę na spektrofotometr FTIR z oprogramowaniem posiadającym powyżej 14500 widm związków organicznych, polimerów, produktów farmaceutycznych, związków nieorganicznych, dodatków do żywności, zanieczyszczeń oraz dodatkowo gazów?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza, aby liczba widm w bazie/bibliotece oprogramowania była mniejsza niż 20 000.

Powyższe informacje otrzymują wszyscy wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr inż. Przemysław Siejak