

nr sprawy RZ-262-21/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę stanowiska do badań histopatologicznych**

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.1986 z późn. zm.), Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj.:

1. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi:

636 894 zł brutto

2. Zamawiający przedstawia firmy, adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena netto brutto w PLN	Długość okresu gwarancji	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
1.	ELEKTRO MED Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11 32-005 Niepołomice	516 300,00 564 024,00	36 miesięcy	Etap I: do 10.12.2019 r. Etap II: do 31.03.2020 r.	30 dni

Dodatkowe parametry jakościowe

Procesor próżniowo-ciśnieniowy		
1	Wyposażenie komory reakcyjnej w czujnik poziomu cieczy	TAK
2	Pojemność butli odczynnikowych na każdym z trzech stanowisk na odczynniki płuczące	5 LITRÓW
Zatapiarka parafinowa		
1	Powierzchnia chłodząca mieszcząca	72 KASTETKI STANDARDOWE
2	Ilość uchwytów na pęsety	UCHWYT NA 10 SZTUK PĘSET
Wybarwiarka		
1	Urządzenie posiadające minimum 30 stacji, na które składają się: dwa poziomy stacji odczynnikowych, stacje z wodą bieżącą do płukania, minimum 2 stacje załadownicze i minimum 2 stacje wyładownicze oraz stacje grzewcze a) Ilość wszystkich stacji w urządzeniu barwiącym b) Stacje płuczące bieżącą c) Stacje grzewcze	a) Ilość wszystkich stacji w urządzeniu barwiącym: 41 b) Stacje płuczące bieżącą: 6 c) Stacje grzewcze: 5

Sekretarz Komisji przetargowej

Nowak
Agnieszka Nowak