

Ogłoszenie nr 589790-N-2019 z dnia 2019-08-27 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: Dostawa mebli laboratoryjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 18440000000000, ul. ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8487043, , e-mail zampub@up.poznan.pl, , faks 61 8955043.

Adres strony internetowej (URL): www.up.poznan.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.up.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

uczelnia wyższa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.up.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.up.poznan.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemne

Adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Biuro Zamówień Publicznych, budynek Collegium Maximum, IV piętro, pokój 407, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli laboratoryjnych

Numer referencyjny: RZ-262-54/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych przez Wykonawcę własnym transportem na własne ryzyko i koszt. 1 Dygestorium laminowano – ceramiczne Wymiary: 1500 x 850 h= 2450 mm • Konstrukcja nośna ze stali pokrytej chemoodporną farbą epoksydową. • Konstrukcja zewnętrzna komory roboczej z płyty laminowanej o gr. 25 mm • Komora robocza wykonana z wielkoformatowej ceramiki litej - ściany komory bez fug, odpornej na stężone kwasy i zasady. • Blat wykonany z ceramiki monolitycznej z podwyższonym obrzeżem. • Rama okna metalowa malowana proszkowo, z przeszkleniem wykonanym z szkła bezpiecznego, przesuwne w pionie. • Na maskownicy nad oknem kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 5 cali wyświetlający stan napełnienia zbiornika na zlewki znajdującego się w szafce pod blatem, stan pracy dygestorium : aktualny przepływ powietrza m3/h ; temperaturę w komorze roboczej w 0C oraz stany alarmowe zgodne z normą PN-EN 14175. • Króciec podłączeniowy do układu wentylacyjnego o średnicy 200 mm • Na ścianie: □ 2 x wylewka wody zimnej, • W blacie: - 1 x zlewik podklejany od spodu blatu - 1 x lejek ze stali kwasoodpornej z przykrywką do

zlewania zużytych odczynników do pojemnika na zlewki w szafce pod blatem • Listwa armaturowa pod blatem: - 1 x wyłącznik główny □ 4 x gniazdo elektryczne 230 V, □ 2 x zawór wody, □ 1 x włącznik oświetlenia komory roboczej, □ 1 x sygnalizator przepływu powietrza z alarmem akustycznym i optycznym ostrzegającym przed nieprawidłowym działaniu wyciągu; • W górnej części dygestorium, poza komorą roboczą lampa oświetleniowa jarzeniowa 2 x 36W. • Pod blatem: □ szafka laminowana 2 x drzwiczki; 1 x półka – 1 szt. □ szafka laminowana 1 x drzwiczki - 1 szt. Dygestorium jest wyposażone w sygnalizator przepływu powietrza z alarmem akustycznym i optycznym ostrzegającym o nieprawidłowym działaniu wyciągu zgodnie z PN-EN 14175. 2 Stanowisko do mycia z dodatkową wylewką i ociekaczem Wymiary: 1500 x 700 h= 900 mm Blat z żywicy fenolowej z podwyższonym obrzeżem Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 2 x zlew z żywicy epoksydowej: 615 x 406 gł. 200 mm 1 x bateria z/c woda 1 x wylewka wody zimnej z blatu 1 x ociekacz kołkowy 800 x 500 mm z polipropylenu 1 x szafka zlewowa 1 x ciśnieniowy podgrzewacz wody zamontowany w szafce 3 Stanowisko do mycia z oczomyjką Wymiary: 1500 x 700 h= 900 mm Blat z żywicy fenolowej z podwyższonym obrzeżem Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 2 x zlew z żywicy epoksydowej: 615 x 406 gł. 200 mm 1 x bateria z/c woda 1 x oczomyjka dwustrumieniowa z blatu 1 x szafka zlewowa 1 x ciśnieniowy podgrzewacz wody zamontowany w szafce 4 Stanowisko do mycia Wymiary: 1500 x 700 h= 900 mm Blat z żywicy fenolowej z podwyższonym obrzeżem Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo 2 x zlew z żywicy epoksydowej: 615 x 406 gł. 200 mm 1 x bateria z/c woda 1 x szafka zlewowa 1 x ciśnieniowy podgrzewacz wody zamontowany w szafce 5 Stół wyspowy ceramiczny Wymiary: 2850 x 1500 h= 900 mm Blat z ceramiki litej wielkogabarytowej bez podwyższonego obrzeża Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo Nadstawka jednopółkowa z profilu 20 x 20 mm malowana proszkowo 8 x gniazdo 230V z nadstawki W blacie: 2 x zlew ceramiczny w blacie 8 x zawór zimnej wody z wylewką 2 x zawór podwójny gazu typu T z blatu Pod blatem: 4 x szafka 600 mm (2 x szuflada, 2 x drzwiczki) 4 x szuflada pod blatem 6 Stół laboratoryjny przyścienny Wymiary: 1250x750h= 880 mm Blat z ceramiki litej wielkogabarytowej w kolorze popiel Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo Pod blatem: 2 x szuflada 1 x półka 7 Stół laboratoryjny przyścienny Wymiary : 1300 x 750 h=900 mm Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm Stelaż stalowy typu C malowany proszkowo Pod blatem: 1 x szafka 1200 (2 x drzwiczki) 1 x półka 8 Stół laboratoryjny przyścienny Wymiary: 1300 x 750 h= 800 mm Blat laminowany typu postforming o gr. 28 mm Stelaż stalowy typu C - wzmocniony malowany proszkowo Pod blatem: 2 x szafka przejezdna 550 (1 x drzwiczki) 1 x półka 9 Szafka przyścienna laminowana Wymiary: 860 x 300 h= 600mm 2 x drzwiczki 1 x półka a) DYGESTORIA Dygestorium musi być urządzeniem wolnostojącym (bez konieczności kotwiczenia do ściany). Sposób wentylacji szczelinowy poprzez podwójną tylną ścianę w komorze dygestoryjnej. Komora robocza wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 25 mm wyłożona wewnątrz ceramiką litą wielkogabarytową. Komora robocza

postawiona na stelażu stalowym malowanym proszkowo wyposażonym w stopki do regulacji poziomu. Wymiary dla dygestorium 1500: - zewnętrzne: szerokość: 1500 x głębokość: 850 x wysokość: 2450 mm (± 20 mm); - wewnętrzne: szerokość: 1440 x głębokość: 700 mm x wysokość: 1350 mm ($+20$ mm). Blaty w dygestoriach muszą być wykonane z wielkogabarytowej ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem z czterech stron. Ceramika monolityczna musi być jednorodna w całym przekroju a obrzeże zintegrowane z nią bez spoin i łączy. Grubość blatu musi wynosić minimum 32 mm, w tym podwyższone obrzeże o wysokości 7 mm. Błat musi być wykonany w jednolitym kolorze na całej powierzchni. Przednia krawędź blatu musi być tak ukształtowana aby zapewnić w trakcie przepływu powietrza brak turbulencji – promień o wartości minimum 30 mm. Blaty w dygestoriach muszą być zaopatrzone w zlewki ceramiczne, które muszą być zamontowane metodą podklejenia pod spodnią powierzchnię blatu. Dodatkowo blat musi być zaopatrzony w lejek wykonany ze stali kwasoodpornej z pokrywką do zlewania zużytych odczynników bezpośrednio do pojemnika na zlewki znajdującego się w szafce pod blatem. Dygestorium wyposażone w system TMS do bezpiecznego zbierania zlewek chemicznych, w skład którego wchodzi 2 x zbiornik z czarnego nie przezroczystego tworzywa chemoodpornego (dwa dla każdego typu zlewek) wyposażony w niezbędne czujniki oraz oprzyrządowanie, zestaw kanałów oraz przewodów chemoodpornych, lejek ze stali kwasoodpornej z pokrywką, umieszczony bezpośrednio w blacie. System na bieżąco kontroluje stan napełnienia zbiornika oraz informuje operatora o potrzebie opróżnienia/wymiany lub sytuacjach stwarzających zagrożenie. System pozwala na jednoczesne zbieranie do 4 typów różnych zlewek chemicznych. Dostarczyć należy kompletny zestaw dla 1 typu zlewek (czyli 2 zbiorniki z pełną automatyką) Zbiornik z możliwością oceny wizualnej stanu napełnienia (bez otwierania) oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wnętrze komór roboczych musi być wyłożone ceramiką litą wielkogabarytową z najmniejszą możliwą ilością fug. Okno dygestorium musi być wykonana z metalowej ramy malowanej proszkowo mieszanką poliestrowo-epoksydową, natomiast szyba musi być wykonane ze szkła bezpiecznego klejonego. Dygestorium musi posiadać system mechanicznego zabezpieczenia okna przed niekontrolowanym otwarciem powyżej 50 cm zgodnie z PN/EN 14175-2. Lampa oświetlająca przestrzeń roboczą musi być umieszczona poza komorą roboczą. Dygestorium musi być wyposażone w wentylowaną szafkę dwudrzwiową wykonaną z płyty laminowanej oraz szafkę jednodrzwiową na pojemnik na zlewki. Dygestorium musi być wyposażone w listwę armaturową umieszczoną pod blatem roboczym, która powinna zawierać media: 4 gniazda elektryczne 230 V, 2 x zawór wody zimnej + 2 wylewki na ścianie tylnej komory roboczej, 1 x oświetlenie Dygestorium musi być wyposażone w jednolity sterownik urządzenia zawierający następujące funkcje: - czujnik przepływu powietrza, który pozwala na kontrolę i sygnalizację stanów alarmowych oraz pracy urządzenia (zgodnie z normą PN-EN 14175) - jednoczesne wskazanie bieżących parametrów pracy urządzenia tj. przepływ powietrza w m³/h, prędkość powietrza w

oknie w m/s, oraz temperaturę w komorze dygestorium. - sygnalizacja akustyczna i optyczna stanu napełnienia zbiorników na odpady chemiczne, wraz z podaniem numeru przepelnionego zbiornika (urządzenie może obsługiwać do 4 frakcji.). - sygnalizacja akustyczna i optyczna awarii oraz sytuacji niebezpiecznych systemu zbierania zlewki. - Sterownik posiada dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD min 800x480 pixeli o przekątnej ekranu min 5 cali z możliwością obsługi w rękawicach oraz wymiany dotykowej powłoki chemoodpornej. - wszystkie funkcje realizowane na 1 wyświetlaczu LCD. Panel dotykowy LCD posiada badania bezpieczeństwa elektromagnetycznego CE/EMC zgodnie z EN 61000-4-2,3,4,5,6; EN 55022. wykonane przez uprawnioną jednostkę. Sterownik posiada możliwość komunikacji z systemem zarządzania budynkiem (BMS-building management system), przy użyciu jednego z dostępnych protokołów komunikacyjnych. Wykonawca wykona po instalacji dygestorium kontrolne badanie przepływu na stanowisku pracy zgodnie z wymogami normy PN EN 141750-4 (Wyciągi laboratoryjne -- Część 4: Metody badań na stanowisku pracy). Do oferty należy dołączyć pusty szablon raportu z badania kontrolnego który wykonawca uzupełni po jego przeprowadzeniu , oraz wypisać wszystkie niezbędne urządzenia z podaniem: nazwę oraz typu, nr seryjny, które będą przeznaczone do tych pomiarów zgodnie z PN EN 14175-4. Armatura laboratoryjna chemoodporna pokryta powłoką ochronną koloru popielatego, pokrętła swoim kolorem muszą oznaczać rodzaj danego medium zgodnie z obecnie obowiązującą normą. b) **STOŁY LABORATORYJNE PRZYŚCIENNE I WYSPOWE** Stoły laboratoryjne muszą być wykonane z części stelażowej typu „C”, blatów zamontowanych na tych stelażach oraz szafek podwieszanych lub przejezdnych pod blatami oraz w oznaczonych miejscach nadstawki zamontowane do blatów. Noga „C” musi być wykonana w całości z kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju prostokątnym nie mniejszym niż 60x30x2 mm i musi być zaopatrzona w stopy regulacyjne umożliwiające poziomowanie stołów. Łącznik górny stelaża musi być wykonany z kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju prostokątnym nie mniejszym niż 60x30x2 mm. Łącznik górny musi zapewniać podparcie blatu na całym obwodzie. Łącznik tylny stelaża musi być wykonany z kątownika stalowego o wymiarach nie mniejszych niż 30x30x2 mm Nadstawki muszą być wykonane z kształtownika stalowego zamkniętego o przekroju kwadratowym nie mniejszym niż 20x20x2 mm oraz półek wykonanych z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie półki oklejone doklejką PCV min 2 mm. Długość nadstawek: wg specyfikacji. Wszystkie stalowe elementy stelaża i nadstawki muszą być pokryte mieszanką epoksydowo-poliestrową. c) **BLATY ROBOCZE STOŁÓW LABORATORYJNYCH** - Blaty laminowane typu postforming o grubości 28 mm, powierzchnia blatu wykonana z laminatu HPL o grubości nie mniej niż 0,8 mm, wytrzymałego na oddziaływanie większości barwników i rozpuszczalników oraz długotrwałe działanie temperatury do 100 stopni Celsjusza (wrząca woda) i krótkotrwałe działanie temperatury powyżej 100 stopni Celsjusza. Konstrukcja nośna wykonana z płyty wiórowej klasy I, typ E-1. - Blaty z ceramiki litej bez

podwyższonego obrzeża muszą być wykonane z wielkogabarytowej ceramiki litej ułożonej na płycie bazowej z jak najmniejszą ilością połączeń spoinowane fugą epoksydową. Krawędź boczna blatu musi być wykończona doklejką PCV o grubości 2 mm. - Blaty z ceramiki monolitycznej z podwyższonym obrzeżem muszą być wykonane z jednorodnej ceramiki w całym przekroju a obrzeże zintegrowane z nią bez spoin i łączeń – monolityczny spiek ceramiczny bez żadnych elementów dodatkowych. Grubość blatu musi wynosić minimum 37 mm, w tym podwyższone obrzeże o wysokości 7 mm. Blat musi być wykonany w jednolitym kolorze na całej powierzchni. - Blaty z żywicy fenolowej z podwyższonym obrzeżem muszą być wykonane z żywicy fenolowej w kolorze czarnym pokrytej warstwą melaminy w kolorze jasny popiel. Podwyższenie musi być wykonane również z żywicy fenolowej. d) ZLEWY LABORATORYJNE - Zlewy ceramiczne muszą być wykonane z ceramiki monolitycznej wypalane na miarę, zgodnie ze specyfikacją. - Zlewy epoksydowe muszą być wykonane z żywicy epoksydowej w rozmiarach podanych w specyfikacji e) SZAFKI LABORATORYJNE Szafki laboratoryjne mają być wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone doklejką PCV min 2 mm . Zawiasy oksydowane puszkowe średnica 35 mm z funkcją domykania (nie gorsze niż firmy BLUM) . Szuflady wykonane w systemie METABOX z funkcją domykania. Uchwyty u-kształtne prętowe o średnicy minimum 8 mm, wykonane z tworzywa w kolorze szarym o rozstawie 9,6 mm. f) ARMATURA LABORATORYJNA Cała armatura zastosowana w oferowanym wyposażeniu musi być armaturą laboratoryjną. Armatura laboratoryjna chemoodporna pokryta epoksydową powłoką ochronną EPS koloru popielatego, pokrętła swoim kolorem oznaczają rodzaj danego medium zgodnie z obecnie obowiązującą normą. g) Kolorystyka mebli w przypadkach nie określonych wyżej zostanie ustalona z wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

II.5) Główny kod CPV: 39180000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* **dniach:** 21

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:**

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określił żadnych wymagań w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw mebli zbliżonych rodzajowo do przedmiotu zamówienia (realizowanych na podstawie odrębnych umów) o łącznej wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto (sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto 00/100) każda.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Jeżeli o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć każdy z wykonawców. Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia – przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3 lit. "h" niniejszego rozdziału, składa

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz co najmniej dwóch dostaw wykonanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert na kwotę 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 120 000,00 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, b) wyceniony Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ c) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, e) oświadczenia, o których mowa w punkcie VIII SIWZ na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ, f) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 7 g) atesty, certyfikaty, świadectwa, protokoły, itp. 1) Certyfikat zgodności z normą PN-EN 13150 na stoły laboratoryjne wydany przez upoważnioną zewnętrzną jednostkę badawczą na terenie UE 2) Deklaracja zgodności producenta z normą PN-EN 14 175 cz. 2 i 3 na dygestoria 3) Atest PZH na blaty laminowane typu postforming 4) Atest PZH na blaty z żywicy fenolowej 5) Atest PZH na zlewy z żywicy epoksydowej 6) Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej na blaty z ceramiki monolitycznej 7) Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej na płyty z wielkogabarytowej ceramiki litej o grubości 8 mm 8) Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej na zlewy z żywicy epoksydowej 9) Karty katalogowe dygestoriów, stołów laboratoryjnych, wraz ze zdjęciami potwierdzającymi zgodność oferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ 10) Świadectwo kalibracji wydane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium dla przyrządu/przyrządów wymaganych do wykonania pomiarów zgodnie z normą PN EN 14175-4 11) Raport lub świadectwo z badania, wykonane przez uprawnioną jednostkę, potwierdzający bezpieczeństwo elektromagnetycznego CE/EMC panelu dotykowego LCD zgodnie z EN 61000-4-2,3,4,5,6; EN 55022 12) Raport z badania wytrzymałości oraz testu typu potwierdzającego wytrzymałość zawiasów meblowych puszkowych na 100 000 cykli wydany przez jednostkę uprawnioną 13) Certyfikat PN EN ISO 9001:2015 potwierdzający kompetencje oferenta przynajmniej w zakresie: produkcja, dostawa, montaż i serwis mebli laboratoryjnych, dygestoriów oraz urządzeń laboratoryjnych. Wydany przez jednostkę akredytowaną w tym zakresie 14) Certyfikat PN EN ISO 14001:2015 potwierdzający kompetencje oferenta przynajmniej w zakresie: produkcja, dostawa, montaż i serwis mebli laboratoryjnych, dygestoriów oraz urządzeń laboratoryjnych. Wydany przez jednostkę akredytowaną w tym zakresie. 15) certyfikat PN N ISO 18001:2004 oraz OHAS 18001:2007 potwierdzający kompetencje oferenta przynajmniej w zakresie: produkcja, dostawa, montaż i serwis mebli laboratoryjnych, dygestoriów oraz urządzeń laboratoryjnych. Wydany przez jednostkę akredytowaną w tym zakresie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(*przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne*)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
jakość	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Na podstawie Art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w paragrafach poprzedzających niniejszej Umowy oraz następujących przypadkach: a) wydłużenia terminu wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego o czas niezbędny na wykonanie remontu pomieszczeń b) zmiany modelu mebla gdy po zawarciu Umowy mebel wskazany w przedmiocie umowy zostanie wycofany z produkcji i sprzedaży. W takich wypadku Wykonawca: przedłoży Zamawiającemu wniosek o zmianę Umowy; przedłoży Zamawiającemu oryginał oświadczenia producenta wycofanego mebla o zaistnieniu tej okoliczności, podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji producenta. Oświadczenie winno określać dokładnie jaki mebel objęty umową został wycofany; przedłoży stosowne dokumenty (opis techniczny, zdjęcia, certyfikaty – jeśli są wymagane) świadczące, iż mebel zaproponowany w miejsce oferowanego w przetargu, posiada parametry równoważne lub lepsze; przedłoży zamawiającemu oświadczenia, iż wskazany nowy mebel jest w cenie nie wyższej niż wskazana w ofercie złożonej w przetargu. c) W przypadku zmiany podwykonawcy, pod warunkiem, że wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując niniejszą Umowę będzie dysponował niezbędnymi zasobami nowego podmiotu, w szczególności przedstawi zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz wykaże, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu niemniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano, d) w przypadku rezygnacji z podwykonawcy, a wykonawca udowodni Zamawiającemu przez przedstawienie odpowiednich dokumentów, że Wykonawca samodzielnie spełnienia warunki udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano, e) w przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej Umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie, zgodnie z którą Zamawiający zapłaci cenę netto powiększona o podatek VAT w zmienionej stawce, f) w innych przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-09-04, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: □ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28 60-637 Poznań; □ inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest Pan Tomasz Napierała, Telefon: 61 848-7799; e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Dostawa mebli laboratoryjnych” nr sprawy RZ-262-54/2019 □ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”; □ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; □ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; □ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; □ posiada Pani/Pan: – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; □ nie przysługuje Pani/Panu: – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; – prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _____ * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH