

**Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu**  
**Dział Zamówień Publicznych**  
**ul. Wojska Polskiego 28**  
**60-637 Poznań**

Poznań, 7 września 2020 roku

*Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców*

RZ-262-60/2020

### **Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

#### **Dostawa georadaru z wyposażeniem**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z pytaniem złożonym na piśmie przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie nr 1**


Czy dopuszczą Państwo urządzenie z anteną 250 MHz, która charakteryzuje się głębszą penetracją gruntu?

#### **Odpowiedź:**

**Przetarg dotyczy zamówienia urządzenia z anteną 750 MHz, gdyż Zamawiającego interesuje precyzyjne rozpoznanie gruntu głównie do głębokości 100 cm p.p.t.**

Powyższą informację otrzymują wszyscy wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz informacja ta zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



dr hab. Sylwester Grajewski