

Poznań, 11.07. 2019 roku

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa stanowiska do badań histopatologicznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie

Dotyczy – zatapiarki parafinowej – punkt 3


Prosimy Zamawiającego o informację czy dopuści Moduł dozownika wyposażony w duży zimny punkt, do wstępnego ustawienia próbki, o temperaturze ok. 5°C (20°C poniżej temperatury otoczenia) w celu zapewnienia optymalnej orientacji zatapianego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza moduł dozownika (w zatapiarce parafinowej) wyposażony w duży zimny punkt, do wstępnego ustawienia próbki, o temperaturze ok. 5°C (20°C poniżej temperatury otoczenia) w celu zapewnienia optymalnej orientacji zatapianego materiału.

Powyższe informacje otrzymują wszyscy wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz informacje te zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej



prof. dr hab. Adam Cieślak