



Poznań, 05.12.2023 r.

Znak sprawy: 4705/AZ/262/2023

ODPOWIEDZI
na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa systemu do Real Time PCR, prowadzonego w drodze procedury otwartej, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), a także w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie nr 24/2023 Rektora UPP z dnia 3 kwietnia 2023 r.)

Zamawiający, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu poniżej udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 1

Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 6, punkt b, c i d.

Zamawiający zapisał:

„b. czas zdalnej reakcji serwisowej w celu diagnozy usterki nastąpi w ciągu 24 godzin, licząc od daty zgłoszenia awarii;

- c. rozpoczęcie naprawy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od czasu zgłoszenia awarii;
- d. maksymalny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia awarii.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w zapisu, tak by brzmiał:

„b. czas zdalnej reakcji serwisowej w celu diagnozy usterki nastąpi w ciągu **72** godzin, licząc od daty zgłoszenia awarii;

- ~~c. rozpoczęcie naprawy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od czasu zgłoszenia awarii;~~
- d. maksymalny czas usunięcia awarii nie może przekroczyć **21** dni kalendarzowych licząc od daty zgłoszenia awarii.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 8.

Zamawiający zapisał:

„W przypadku gdy naprawy gwarancyjne (maksymalnie trzy) z wpisem do karty gwarancyjnej bądź wzmianką na protokole zdawczo-odbiorczym lub innym dokumencie podpisanym przez Użytkownika i Wykonawcę nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, Użytkownik ma prawo żądać wymiany urządzenia na nowe, poprawnie funkcjonujące.“

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„W przypadku **wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej usterki lub awarii tego samego elementu urządzenia lub jego podzespołu** ~~gdy naprawy gwarancyjne (maksymalnie trzy)~~ z wpisem do karty gwarancyjnej bądź wzmianką na protokole zdawczo-odbiorczym lub innym dokumencie

podpisanym przez Użytkownika i Wykonawcę nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, Użytkownik ma prawo żądać wymiany **tego** urządzenia **lub jego podzespołu** na nowe, poprawnie funkcjonujące.“

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 13:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu z:

„Wykonawca w ramach gwarancji (bezpłatnie) dokona przeglądów okresowych w liczbie zalecanej przez producenta.”

Na zapis:

„Wykonawca w ramach gwarancji (bezpłatnie) dokona przeglądów okresowych w liczbie zalecanej przez producenta (o ile dotyczy).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści system do real Time PCR o maksymalnej szybkości grzania bloku 4°C/sek?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodnicząca Zespołu roboczego

/-/

Aleksandra Robacka