



Poznań, 19.11.2021 r.

AZ-262-111/2021

Postępowanie prowadzone w drodze procedury otwartej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Zarządzenie nr 215/2020 Rektora UPP z dnia 20 października 2020 r.) pn. **Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej z wyposażeniem**

Odpowiedzi na pytania dot. przedmiotowego postępowania

W związku z wnioskiem Wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego postępowania złożonym przez Wykonawcę Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem głośności na poziomie 52 dB?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z poziomem głośności na poziomie maksymalnie 52 dB.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z systemem True Dual?

Są to dwa układy kompresorów działających niezależnie. W przypadku awarii jednego z kompresorów drugi samoczynnie podtrzymuje temperaturę w urządzeniu na poziomie -70st.C do czasu przyjazdu technika lub interwencji Użytkownika. Zużycie energii przy takim rozwiązaniu jest na poziomie 12,4 kWh, jednak rozwiązanie True Dual zwiększa do 100% bezpieczeństwo przechowywanego materiału. System „Back-up CO2 ” wystarcza tylko na 20-24 godziny ciągłej pracy, więc w przypadku awarii kompresorów rozwiązanie True Dual będzie dla Użytkownika bardziej bezpiecznie. Kompresory przy tym rozwiązaniu są kompresorami klasycznymi, a nie inwerterowymi. Mając powyższe na uwadze prosimy Zamawiającego o dopuszczenie naszego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia z zaproponowanym systemem i podtrzymuje pkt 11 zał. nr 3 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), tj. *Urządzenie musi być wyposażone w sprężarki inwerterowe.*

Pytanie nr 3:

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na składanie ofert drogą mailową z podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Nasza prośba wynika z faktu przedłużającej się pandemii Covid-19 i wynikającymi z tej sytuacji trudnościami personalnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty za pomocą środka komunikacji elektronicznej jakim jest poczta elektroniczna Zamawiającego pod adresem e-mail: agnieszka.nowak@up.poznan.pl. Oferta i załączniki do niej musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w jednej z poniższych możliwości:

- a) w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 - b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
 - c) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym (który jest również podpisem elektronicznym)
- przez osoby upoważnione do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli.

Ofertę należy złożyć na podany wyżej adres e-mail do wyznaczonego w dokumentach zamówienia terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku nie opatrzenia oferty podpisem elektronicznym, oferta taka będzie podlegała odrzuceniu.



Przewodniczący Zespołu Roboczego

mgr Jakub Kurek