



Poznań, 23.09.2021 r.

AZ-262-74/2021

### Wyjaśnienia dotyczące treści Ogłoszenia

Dotyczy postępowania pn. **Dostawa laboratoryjnego stanowiska do mikrofiltracji i ultrafiltracji wraz z wyposażeniem**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia – Ogólne warunki zamówienia złożonym przez Wykonawcę Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

**Pytanie:**

Sekcja wymiany cieplnej (rurowy wymiennik ciepła) - ma być zaopatrzony w własny oddzielny chiller i układ grzania? Jeżeli tak do jakiej temperatury zamierzają Państwo chłodzić produkt?

**Odpowiedź:**

Tak, ma posiadać oddzielny chiller i układ grzania. Do temperatury pokojowej (można przyjąć ok. 18°C).

Przewodniczący Zespołu Roboczego

dr inż. Jakub Mazurkiewicz